

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Средство измерения

АО "Моё"

F613v0EQ5211rc 02.02.2021 12:29:31 Э

Код оборудования
 Эксплуатация разрешена
 Дата ввода в эксплуатацию (перв.)



Наименование оборудования	Весы электронные специального назначения		
Заводской №	45623	Инвентарный №	23
Род	Механические измерения		
Группа	Стационарное		
Подразделение	ZZЗПОДР		
Место установки (хранения)	Это поле из справочника 7.3		
Изготовитель	ЗАО "Вес-Сервис", г.С.-Петербург		
Особые отметки	нет		
Процедура ПТХ	Поверка	периодичность(месяцев)	12
Ответственный	НеПРИМЕНИМ		
Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции	Масса		

Метрологические характеристики	
Диапазон измерений	Класс точности (разряд), погрешность
от 0,005 до 0,2	± 0,2 г
от 0,2 до 0,8	± 0,4 г
от 0,8 до 3,0	± 0,8 г

Процедуры подтверждающие соответствие установленным требованиям					
№п/п	КД СООТ ¹	Процедура	Дата от	Дата до	Пригодно
1	7	Поверка	01.10.2017	01.10.2018 (Пн)	Да
2	8	Поверка	08.10.2019	08.11.2020 (Вс)	Да
3	9	Каллибровка	08.10.2020	08.11.2021 (Пн)	Да

Заметки во время эксплуатации*				
№п/п	КД ЗАМ	Заметки во время эксплуатации	Дата и время заметки ¹	ФИО отметил
1	2	заметка 3	07.06.2020 13:15	admin
2	6	заметка 2	02.07.2020 23:14	Директоров А.А.
3	9	заметка 1	31.08.2020 1:00	Директоров А.А.

Ввод в эксплуатацию, соответствие установленным требованиям

наличие тех. и иной документации	<input checked="" type="checkbox"/>	комплектация	<input checked="" type="checkbox"/>
соответствует установленным требованиям	<input checked="" type="checkbox"/>	гарантия	<input checked="" type="checkbox"/>
целосность	<input checked="" type="checkbox"/>	работоспособность	<input checked="" type="checkbox"/>
наличие пломб	<input type="checkbox"/>	входной контроль пройден	<input checked="" type="checkbox"/>

* - крайние, не более восьми событий

Карточку заполнил

Директор _____ Директоров А.А.

03.07.2020

Конец документа