

УЧЁТНАЯ КАРТОЧКА

Средство измерения

АО "Моё"

F612v0EQ5211rc 02.02.2021 12:28:56 Э

Код оборудования	9
Эксплуатация разрешена	Да
Дата ввода в эксплуатацию (перв.)	09.04.2018



Наименование оборудования	Весы электронные специального назначения		
Заводской №	45623		Инвентарный № <u>23</u>
Место установки (хранения)	Это поле из справочника 7.3		
Род	Механические измерения		
Группа	Стационарное		
Подразделение	ZZЗПОДР		
Изготовитель	ЗАО "Вес-Сервис", г.С.-Петербург		
Особые отметки	нет		
Процедура СООТ	Поверка		периодичность(месяцев) <u>12</u>
Ответственный	НеПРИМЕНИМ		
Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции	Масса		

Метрологические характеристики	
Диапазон измерений	Класс точности (разряд), погрешность
от 0,005 до 0,2	± 0,2 г
от 0,2 до 0,8	± 0,4 г
от 0,8 до 3,0	± 0,8 г

Процедуры подтверждающие соответствие установленным требованиям					
№п/п	КД СООТ ¹	Процедура	Дата от	Дата до	Пригодно
1	7	Поверка	01.10.2017	01.10.2018 (Пн)	Да
2	8	Поверка	08.10.2019	08.11.2020 (Вс)	Да
3	9	Калибровка	08.10.2020	08.11.2021 (Пн)	Да

Техническое обслуживание*				
№п/п	КД ТО	Дата ТО ¹	примечание ТО	ФИО провёл
1	2	31.08.2020		Директоров А.А.
2	3	31.08.2020		Руководителей А.А.

Статус (передвижение)*				
№п/п	КД СТАТ	Статус (передвижение)	Дата передвижения ¹	ФИО отметил
1	20	В резерве	04.07.2020	НеПРИМЕНИМ

Заметки во время эксплуатации*				
№п/п	КД ЗАМ	Заметки во время эксплуатации	Дата и время заметки ¹	ФИО отметил
1	2	заметка 3	07.06.2020 13:15	admin
2	6	заметка 2	02.07.2020 23:14	Директоров А.А.
3	9	заметка 1	31.08.2020 1:00	Директоров А.А.

Карточку заполнил

Директор _____ Директоров А.А.

04.07.2020

Конец документа