


КАРТОЧКА В МЕСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СИ	Весы электронные специального назначения				
Зав №	45623	Инв №	23		КД ОБ 9
Ответственный	НеПРИМЕНИМ				
Классификация	Механические измерения				
Применение					
Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции	Масса				

Допуск к оборудованию персонала				
ФИО ²	Допуск ¹	Примечание допуска	Дата записи допуск	КД ДОП
admin admin	Да		08.11.2020	61
ZZZПЕРС ZZZПЕРС	Да		08.11.2020	62
химик Иванов И. И.	Да		08.11.2020	14
- ЭЦП	Да		08.11.2020	18

Метрологические характеристики	
Диапазон измерений	Класс точности (разряд), погрешность
от 0,005 до 0,2	± 0,2 г
от 0,2 до 0,8	± 0,4 г
от 0,8 до 3,0	± 0,8 г

Вид работ при проведении ТО		
Вид работ	Примечание	Ежедневное
юстировка		Да
чистка		Да

Условия эксплуатации(хранения)			
хранение			
Влияющий фактор	мин	номинал	макс
температура окружающего воздуха °С	-20		25
эксплуатация			
Влияющий фактор	мин	номинал	макс
атмосферное давление кПа	700		1200
температура окружающего воздуха °С	0		25

Конец документа